

「Comsole」計測データ

計測日：平成24年12月11日（火）

計測場所：独立行政法人鳥取県産業技術センター

使用機器：大型配光測定装置（大塚電子 GP-2000）

機器利用指導者：電子・有機素材研究所 人材育成コーディネーター 志賀寿氏


機種：475 [K05 100w/100v]

全光束：6,656lm

色温度：5,091k

演色性：77.6

配光特性グラフ



波長分布

